

公路水运助理检测师考试 《专题练习》



扫码关注 [华夏检验检测网](#) 公众号

回复关键词“专题练习”

免费获取更多

QQ 在线客服: [1683427132](#)

QQ 群号: [367021625](#) (华夏试验工程检测②群)

一、单选题（每题 1 分，共 5 题，共 5 分）

- 根据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，应（ ），为客户提供咨询服务，对客户进行检验检测服务的满意度调查。
 - 确保客户满意
 - 满足客户要求
 - 保持和客户沟通
 - 遵循客户至上
- 同一人所持的多个专业检测人员证书，可在不同的等级评定或换证复核中使用，但不得超过（ ）次。
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- 下列按照 4 位有效数字进行修约，结果不正确的是（ ）。
 - 5.25749→5.258
 - 5.25750→5.258
 - 5.25751→5.258
 - 5.25850→5.258
- 实验室的管理评定是由（ ）就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应进行的正式评审。
 - 最高管理者
 - 质量负责人
 - 技术负责人
 - 质量主管
- 下列说法正确的说是（ ）。
 - 标准偏差大，变异系数亦大
 - 标准偏差反映样本数据的相对波动状况
 - 变异系数大，样本数据的波动性就大
 - 变异系数大，标准偏差亦大

二、判断题（每题 1 分，共 5 题，共 5 分）

- 国家实行法定计量单位制度。
- 取得《等级证书》的检测机构，可设立工地临时试验室，承担相应公路水运工程的试验检测业务，并对其试验检测结果承担责任。因此，检测机构应该负责工地临时试验室的业务指导、行政管理、监督检查。
- 当测量结果全部处于规范区的合格区时，判定为合格，当测量结果处于扩展不确定度区域的外侧时，判定为不合格。

► 参考答案： ✓

4. 检验检测机构在提交资质认定申请材料时，应当向组织评审的机构提交质量体系文件的受控版本。
5. 自校准属于内部校准，是有效的量值溯源活动。

二、多选题（每题 2 分，共 5 题，共 10 分） 1.

检验检测机构不得（ ）资质认定证书和标志。A. 转让
B. 出租
C. 出售
D. 收购

2. 不受任何干扰和影响，保证试验检测数据（ ）。
A. 客观
B. 公平
C. 公正
D. 准确

3.公路水运规程试验检测机构等级评定的现场评审是对（ ）等情况的全面检查。A. 申请人完成试验检测项目的实际能力
B. 检测机构申报材料与实际状况的符合性
C. 自我申明
D. 质量保证体系和运转

4. 质量检验的可靠性与（ ）等因素有关。
A. 检验检测手段的科学性
B. 抽样方法的科学性
C. 抽样方案的科学性
D. 报告编制的科学性

5. 测量不确定度是按照评定方法分（ ）。
A. A 类不确定度
B. B 类不确定度
C. 标准不确定度
D. 扩展不确定度

- 一、单选题（每题 1 分，共 5 题，共 5 分） 1. 根据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，应（ ），为客户提供咨询服务，对客户进行检验检测服务的满意度调查。A. 确保客户满意 B. 满足客户要求 C. 保持和客户沟通 D. 遵循客户至上

▶ 参考答案：C

【中迅网校解析】 教材 P147《检验检测机构资质认定评审准则》[4.5.7]检验检测机构应建立和保持服务客户的程序。保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。

2. 同一人所持的多个专业检测人员证书，可在不同的等级评定或换证复核中使用，但不得超过（ ）次。
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

▶ 参考答案：B

【中迅网校解析】 P51 同一人所持的多个专业检测人员证书，可在不同的等级评定或换证复核中使用，但不得超过 2 次。

3. 下列按照 4 位有效数字进行修约，结果不正确的是（ ）。
A. 5.25749→5.258 B. 5.25750→5.258
C. 5.25751→5.258 D. 5.25850→5.258

▶ 参考答案：A

【中迅网校解析】 P204 修约法则。

4. 实验室的管理评定是由（ ）就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应进行的正式评审。 A. 最高管理者 B. 质量负责人 C. 技术负责人 D. 质量主管

▶ 参考答案：A

【中迅网校解析】 管理评审是最高管理者定期系统地对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以确保其符合质量方针和质量目标（2018 版教材 P152）。

5. 下列说法正确的说是（ ）。

- 参考答案: C

二、判断题（每题 1 分，共 5 题，共 5 分）

- 参考答案: ✓

► 参考答案: X

► 参考答案: ✓

► 参考答案: X

自校准属于内部校准，是有效的量值溯源活动。

【中迅网校解析】 自校准是利用测量设备自带的校准程序或功能，或设备厂商提供的标准样品（没有溯源证书）进行的校准活动，但不是有效的量值溯源活动。注意自校准和内部校准（自效验）的区别。（2018 版教材 P254）

检验检测机构不得（ ）资质认定证书和标志。

A. 转让
B. 出租
C. 出售
D. 收购

2. 检验检测机构应当严格按照现行有效的国家和行业标准、规范和规程独立开展检测工作，不受任何干扰和影响，保证试验检测数据（ ）。

► 参考答案: ACD

【中迅网校解析】 P301《公路水运工程试验检测管理办法》第三十一条：检验检测机构应当严格按照现行有效的国家和行业标准、规范和规程独立开展检测工作，不受任何干扰和影响，保证试验检测数据客观、公正、准确。

3.公路水运规程试验检测机构等级评定的现场评审是对（ ）等情况的全面检查。

A. 申请人完成试验检测项目的实际能力
B. 检测机构申报材料与实际状况的符合性
C. 自我申明
D. 质量保证体系和运转

► 参考答案: ABD

【中迅网校解析】 P299《公路水运工程试验检测管理办法》第十四条：现场评审是通过申请人完成试验检测项目的实际能力、检测机构申报材料与实际状况的符合性、质量保证体系和运转等情况的全面核查。

4. 质量检验的可靠性与（ ）等因素有关。

A. 检验检测手段的科学性
B. 抽样方法的科学性
C. 抽样方案的科学性
D. 报告编制的科学性

► 参考答案: BC

【中迅网校解析】 P246 检验的可靠性与以下因素有关：①质量检验手段的可靠性；②抽样检验方法的科学性；③抽样检验方案的科学性。

5. 测量不确定度是按照评定方法分 ()。

- A. A 类不确定度
- C. 标准不确定度

- B. B 类不确定度
- D. 扩展不确定度

► 参考答案：CD

【中迅网校解析】 P214 测量不确定度按照评定方法分标准标准不确定度和扩展不确定度。标准不确定度又分为 A、B 及合成标准不确定度。