

2018年公路水运助理检测师考试

《专题练习》

真题



扫码关注 [华夏检验检测网](#) 公众号

回复关键词“专题练习”

免费获取更多

QQ在线客服：[1683427132](#)

QQ群号：[367021625](#)（华夏试验工程检测②群）

一、单选题（每题 1 分，共 5 题，共 5 分） 1.

- 根据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，应（ ），为客户提供咨询服务，对客户进行检验检测服务的满意度调查。A. 确保客户满意 B. 满足客户要求 C. 保持和客户沟通 D. 遵循客户至上
2. 同一人所持的多个专业检测人员证书，可在不同的等级评定或换证复核中使用，但不得超过（ ）次。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. 下列按照 4 位有效数字进行修约，结果不正确的是（ ）。
A. $5.25749 \rightarrow 5.258$ B. $5.25750 \rightarrow 5.258$
C. $5.25751 \rightarrow 5.258$ D. $5.25850 \rightarrow 5.258$
4. 实验室的管理评定是由（ ）就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应进行的正式评审。
A. 最高管理者 B. 质量负责人
C. 技术负责人 D. 质量主管
5. 下列说法正确的说是（ ）。
A. 标准偏差大，变异系数亦大 B. 标准偏差反映样本数据的相对波动状况
C. 变异系数大，样本数据的波动性就大 D. 变异系数大，标准偏差亦大

二、判断题（每题 1 分，共 5 题，共 5 分）

1. 国家实行法定计量单位制度。
2. 取得《等级证书》的检测机构，可设立工地临时试验室，承担相应公路水运工程的试验检测业务，并对其试验检测结果承担责任。因此，检测机构应该负责工地临时试验室的业务指导、行政管理、监督检查。
3. 当测量结果全部处于规范区的合格区时，判定为合格，当测量结果处于扩展不确定度区域的外侧时，判定为不合格。

4. 检验检测机构在提交资质认定申请材料时，应当向组织评审的机构提交质量体系文件的受控版本。
5. 自校准属于内部校准，是有效的量值溯源活动。

二、多选题（每题 2 分，共 5 题，共 10 分） 1.

- 检验检测机构不得（ ）资质认定证书和标志。 A. 转让
C. 出售
- B. 出租
D. 收购

2. 不受任何干扰和影响，保证试验检测数据（ ）。

- A. 客观
C. 公正

3. 公路水运规程试验检测机构等级评定的现场评审是对（ ）等情况的全面检查。 A.
申请人完成试验检测项目的能力
C. 自我申明
- B. 检测机构申报材料与实际状况的符合性
D. 质量保证体系和运转

4. 质量检验的可靠性与（ ）等因素有关。

- A. 检验检测手段的科学性
C. 抽样方案的科学性

5. 测量不确定度是按照评定方法分（ ）。

- A. A类不确定度
C. 标准不确定度
- B. B类不确定度
D. 扩展不确定度

一、单选题（每题 1 分，共 5 题，共 5 分） 1.

根据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，应（ ），为客户提供咨询服务，对客户进行检验检测服务的满意度调查。A. 确保客户满意 B. 满足客户要求 C. 保持和客户沟通 D. 遵循客户至上

► 参考答案：C

【中迅网校解析】教材 P147《检验检测机构资质认定评审准则》[4.5.7]检验检测机构应建立和保持服务客户的程序。保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。

2. 同一人所持的多个专业检测人员证书，可在不同的等级评定或换证复核中使用，但不得超过（ ）次。

- A. 1
C. 3

► 参考答案：B

【中迅网校解析】P51 同一人所持的多个专业检测人员证书，可在不同的等级评定或换证复核中使用，但不得超过 2 次。

3. 下列按照 4 位有效数字进行修约，结果不正确的是（ ）。

- A. $5.25749 \rightarrow 5.258$
C. $5.25751 \rightarrow 5.258$
- B. $5.25750 \rightarrow 5.258$
D. $5.25850 \rightarrow 5.258$

► 参考答案：A

【中迅网校解析】P204 修约法则。

4. 实验室的管理评审是由（ ）就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行正式评审。

- A. 最高管理者
C. 技术负责人
- B. 质量负责人
D. 质量主管

► 参考答案：A

【中迅网校解析】管理评审是最高管理者定期系统地对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以确保其符合质量方针和质量目标（2018 版教材 P152）。5. 下列说法正确的说是（ ）。

- A. 标准偏差大，变异系数亦大
B. 标准偏差反映样本数据的相对波动状况
C. 变异系数大，样本数据的波动性就大
D. 变异系数大，标准偏差亦大

► 参考答案：C

【中迅网校解析】 变异系数是不同单位的几个指标之间比较变异程度时的参考指标，变异系数越大，表示变异程度越大。

二、判断题（每题 1 分，共 5 题，共 5 分）

1. 国家实行法定计量单位制度。

► 参考答案：√

【中迅网校解析】 本题考查我国计量单位制定的规定。根据《计量法》总则第三条，国家实行法定计量单位制度。

2. 取得《等级证书》的检测机构，可设立工地临时试验室，承担相应公路水运工程的试验检测业务，并对其试验检测结果承担责任。因此，检测机构应该负责工地临时试验室的业务指导、行政管理、监督检查。

► 参考答案：×

【中迅网校解析】 《公路水运工程试验检测管理办法》第三十条：取得《等级证书》的检测机构，可设立工地临时试验室，承担相应公路水运工程的试验检测业务，并对其试验检测结果承担责任。工程所在地省级交通质监机构应当对工地临时试验室进行监督。（2018 版教材 P301）。

3. 当测量结果全部处于规范区的合格区时，判定为合格，当测量结果处于扩展不确定度区域的外侧时，判定为不合格。

► 参考答案：√

【中迅网校解析】 P217 由于测量结果具有不确定度，当测量结果位于规范限两侧以扩展不确定度为半宽的区域时，就无法判定其是否合格。当测量结果全部处于扩展不确定度区域的外侧时，才能判定其测量结果为不合格。

4. 检验检测机构在提交资质认定申请材料时，应当向组织评审的机构提交质量体系文件的受控版本。

► 参考答案：×

【中迅网校解析】 《公路水运工程试验检测管理办法》第九条：申请公路水运工程试验检测机构等级评定，应向所在地省级交通质监机构提交以下资料：①《公路水运工程试验检测机构等级评定申请书》；②申请人法人证书原件及复印件；③通过计量认证的，应当提交计量认证证书副本的原件及复印件；④检测人员证书和聘(任)用关系证明文件原件及复印件；⑤所申报试验检测项目的典型报告(包括模拟报告)及业绩证明；⑥质量保证体系文件。

5.

自校准属于内部校准，是有效的量值溯源活动。

► 参考答案：X

【中迅网校解析】自校准是利用测量设备自带的校准程序或功能，或设备厂商提供的标准样品（没有溯源证书）进行的校准活动，但不是有效的量值溯源活动。注意自校准和内部校准（自效验）的区别。（2018 版教材 P254）

二、多选题（每题 2 分，共 5 题，共 10 分）

1. 检验检测机构不得（ ）资质认定证书和标志。
A. 转让
C. 出售

► 参考答案：ABC

【中迅网校解析】P124 检验检测机构不得转让、出租、出借资质认定证书和标识；不得伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志；不得使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。

2. 检验检测机构应当严格按照现行有效的国家和行业标准、规范和规程独立开展检测工作，不受任何干扰和影响，保证试验检测数据（ ）。
A. 客观
C. 公正

► 参考答案：ACD

【中迅网校解析】P301《公路水运工程试验检测管理办法》第三十一条：检验检测机构应当严格按照现行有效的国家和行业标准、规范和规程独立开展检测工作，不受任何干扰和影响，保证试验检测数据客观、公正、准确。

3. 公路水运规程试验检测机构等级评定的现场评审是对（ ）等情况的全面检查。
A. 申请人完成试验检测项目的能力
C. 自我申明
B. 检测机构申报材料与实际状况的符合性
D. 质量保证体系和运转

► 参考答案：ABD

【中迅网校解析】P299《公路水运工程试验检测管理办法》第十四条：现场评审是通过对申请人完成试验检测项目的能力、检测机构申报材料与实际状况的符合性、质量保证体系和运转等情况的全面核查。

4. 质量检验的可靠性与（ ）等因素有关。
A. 检验检测手段的科学性
C. 抽样方案的科学性
B. 抽样方法的科学性
D. 报告编制的科学性

► 参考答案：BC

【中迅网校解析】P246 检验的可靠性与以下因素有关：①质量检验手段的可靠性；②抽样检验方法的科学性；③抽样检验方案的科学性。

5. 测量不确定度是按照评定方法分（ ）。

- A. A类不确定度
- C. 标准不确定度
- B. B类不确定度
- D. 扩展不确定度

► 参考答案：CD

【中迅网校解析】 P214 测量不确定度按照评定方法分标准不确定度和扩展不确定度。标准不确定度又分为 A、B 及合成标准不确定度。